

## **Avis de sécurité**

**Seringues d'acide hyaluronique TOP-Q fabriquées par Qufu Hi-Tech Trading Co.,Ltd, Chine: mise en garde contre toute utilisation de ces produits non-conformes**  
**Le 5 décembre 2016**

### **Produits concernés :**

Toutes les seringues d'acide hyaluronique pré-remplies TOP-Q fabriquées par Qufu Hi-Tech Trading Co.,Ltd, Chine. Ces produits sont destinés au comblement des rides, à des applications ophtalmologiques et au traitement de douleurs articulaires.

La ligne TOP-Q comporte plus d'une centaine de références.

### **Description du risque :**

- Ces produits sont disponibles sur internet et portent abusivement le marquage CE 0434 identifiant l'organisme d'évaluation de la conformité. Ce dernier n'a jamais délivré de certificats de conformité à Qufu Hi-Tech Trading Co.,Ltd et il s'agit de faux.
- D'autre part, Qufu Hi-Tech Trading Co., Ltd présente sur son site internet un faux certificat CE prétendument émis par l'organisme certificateur ETL. Ce dernier n'est d'ailleurs pas autorisé à évaluer la conformité de dispositifs médicaux.
- Les produits non-conformes n'offrent aucune garantie de sécurité, ni d'efficacité.
- L'usage de ses produits non-conformes peut faire courir des risques importants pour la santé.

### **Mesures recommandées :**

La recommandation de Swissmedic est la suivante :

- Ne pas utiliser ces produits non-conformes

### **Contact :**

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques / Division Dispositifs médicaux /  
Hallerstrasse 7 / Case postale / CH - 3000 Berne 9

Tél. : +41 58 463 22 51

Fax : +41 58 462 76 46

Internet : [www.swissmedic.ch/md](http://www.swissmedic.ch/md)

E-Mail : [medical.devices@swissmedic.ch](mailto:medical.devices@swissmedic.ch)